

# 質問回答書

令和6年4月24日

物件名：市内公立こども園等自動体外式除細動器（AED）購入

担当課名：教育部教育環境整備課

番号 1	質問事項 フクダ電子 AEDベネハートC1A を同等品として申請します。
	回答内容 同等品として承認します。
番号 2	質問事項 入札募集情報 入札書等の提出 書類より 提出する書類は入札書のみでよろしかったでしょうか。
	回答内容 入札価格決定に係る積算内訳書の提出を入札書と同封願います。
番号 3	質問事項 入札募集情報 入札書等の提出 方法より 「入札書類は必ず郵送すること」とありますが、簡易書留ではなく普通郵便でもよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 4	質問事項 購入仕様書1 本体製品機能等（3）より 「成人モードと小児モードの切り替えが容易であること。」とありますがボタンでの切替ができない場合（パッド交換による切替）は条件から除外されるのでしょうか。

	<p>回答内容</p> <p>パッド交換等が迅速に行える場合、条件の対象となります。</p>
番号 5	<p>質問事項</p> <p>○購入仕様書 2 製品構成 (3) より 「成人・小児パッドを各 1 組 (兼用の場合は 1 組)」とありますがガイドライン 2020 に準拠した仕様として、成人＝小学生以上、小児＝未就学児用という解釈でよろしいでしょうか。 上記の解釈の場合、納品の際には小学生以上用パッドと未就学児用パッドを各 1 組ずつ用意する必要があるという認識でよろしいでしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>お見込みのとおりです。</p>
番号 6	<p>質問事項</p> <p>○購入仕様書 3 その他 (5) より 「・・・心肺蘇生法を含む使用方法・・・」とありますが、機器説明だけでなく心肺蘇生法の講習を行うという認識でよろしいでしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>お見込みのとおりです。</p>
番号 7	<p>質問事項</p> <p>○購入仕様書 3 その他 (6) より 「・・・既存機器の撤去・・・」とありますが、既存機器の撤去台数は 6 台でよろしかったでしょうか。</p>
	<p>回答内容</p> <p>お見込みのとおりです。</p>
番号 8	<p>質問事項</p> <p>○購入仕様書 4 参考機器 (3) より 「サマリタン PAD350P 未就学児用パッドパック付 8 年保証安心パック」との記載がございますが、本体は同一機種で消耗品 (電極パッドとバッテリー一体型) に関して、小学生以上用パッドと未就学児用パッド各 4 組ずつのセットになっているプランでもよろしいでしょうか。</p>

	<p>回答内容 仕様書のとおりとしてください。</p>
--	---------------------------------